

NARUČITELJ: INSPECTO D.O.O., Električne centrale 1, 31400 Đakovo, Hrvatska

OIB: 52975458232

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 02-2019-KOM

Odgovori na pitanja koja su postavili ponuđači:

1. Nastavno na javno nadmetanje „za nabavu kemikalija i materijala u segmentu biotehnologije i mikotoksina“, ev. broj nabave 02-2019-KOM, grupa 5 „Kulture, podloge za obogaćivanje i kitovi za DNA analizu“ molimo Vas informaciju s kojim PCR uređajem traženi PCR kitovi trebaju biti kompatibilni?

Odgovor: Nastavno na upit vezan uz javno nadmetanje „za nabavu kemikalija i materijala u segmentu biotehnologije i mikotoksina“, ev. broj nabave 02-2019-KOM, grupa 5 „Kulture, podloge za obogaćivanje i kitovi za DNA analizu“ traženi PCR kitovi trebaju biti kompatibilni sa PCR uređajem: Applied Biosystems™ 7500 Fast

2. Molila bih daljnja pojašnjenja glede dokumentacije o nabavi „ Nabava kemikalija i materijala u segmentu biotehnologije i mikotoksina“, Ev. br. nabave: 02-2019-KOM za grupu 5- Kulture, podloge za obogaćivanje i kitovi za DNA analizu

Redni br. 2 Buffered peptone Water i redni br. 3 Fraser Broth + Supplement

S obzirom da se radi o dehidriranim podlogama koje se prodaju u različitim pakiranjima većinom od 500 gr, 5 kg, 10 kg molila bih da specificirate predviđenu količinu u gramima (kao 63 kom x 500 gr ili slično)

Redni br. 4. PCR kit za detekciju Salmonella spp. - BACGene Salmonella spp. ili jednako vrijedno

Minimalno pakiranje je za navedni kit 96 reakcija. Molim potvrdu da li želite 10 x 96 reakcija što je 960 reakcija ili izrazite predviđenu količinu s brojem reakcija

Redni br. 5 PCR kit za detekciju Listeria spp. i Listeria monocytogenes - BACGene Listeria Multiplex ili jednako vrijedno

Minimalno pakiranje je za navedni kit 96 reakcija. Molim potvrdu da li želite 10 x 96 reakcija što je 960 reakcija ili izrazite predviđenu količinu s brojem reakcija

Redni br. 6. GMO extraction kit - GENESpin Extraction kit ili jednako vrijedno

Minimalno pakiranje je za navedni kit 50 reakcija. Molim potvrdu da li želite 10 x 50 ekstrakcija što je 500 ekstrakcija ili izrazite predviđenu količinu s brojem reakcija

Redni br. 7 GMO screening kit - GMOScreen RT 35S/NOS/FMV IPC kit ili jednako vrijedno

Minimalno pakiranje je za navedni kit 96 reakcija. Molim potvrdu da li želite 20 x 96 reakcija što je 1920 reakcija ili izrazite predviđenu količinu s brojem reakcija

Redni br. 8 GMO kvantifikacijski kit za kukuruz,soju i uljanu repicu - GMOQuant soy/GMOQuant corn/GMOQuant rapeseed kit ili jednakovrijedno

Minimalno pakiranje je za navedni kit 2x48 (96) reakcija. Molim potvrdu da li želite 20 x 96 reakcija što je 1920 reakcija ili izrazite predviđenu količinu s brojem reakcija

Redni br. 9 i 10: PCR kit za detekciju svinjskog mesa u hrani - DNAnimal Identification Pork kit ili jednako vrijedno/ PCR kit za detekciju svinjskog mesa u hrani - DNAnimal Identification Pork kit ili jednako vrijedno

Minimalno pakiranje je za navedni kit 96 reakcija. Molim potvrdu da li želite 20 x 96 reakcija što je 1920 reakcija ili izrazite predviđenu količinu s brojem reakcija

Odgovor: S obzirom da se radi o dehidriranim podlogama, kao što ste i rekli, količina od 63 kom predviđena je za pakiranja podloga od 500 gr. Količine navedene za kitove odnose se na broj pakiranja, kao na primjer 10 x 96 reakcija ili 10 x 50 ekstrakcija.